



Завод за јавно здравље Лесковац

16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

E-mail: info@zzjzle.org.rs

Тел.: 016/245-219; 241-042; Факс: 016/244-910

Број: 162/11
Датум: 17.01.2017.

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са захтевом заинтересованог лица, број 162 од 16.01.2017 год.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а у вези са захтевом заинтересованог лица за додатно објашњење конкурсне документације за јавну набавку мале вредности бр. 13/17, број 162 од 16.01.2017 године. (у даљем тексту: захтев) наручилац даје следећи одговор:

Заинтересовано лице поднело је захтев следеће садржине:

Поштовани,

Поводом Вашег позива за јавну набавку радова - Гасна инсталација и монтажа система за снабдевање специјалних гасова ради коришћења апарата – гасног хроматографа са ЕЦД (детектор са захватом електрона) и НПД (азотно-фосфорни детектор) детекторима бр. 13/17 у својству заинтересованог Понуђача, а циљу достављања исправне и одговарајуће понуде указујемо на следеће дилеме које имамо у вези Ваше конкурсне документације, и то:

1. Сматрамо да је на страни 5. врсте техничке карактеристике (спецификације)... захтев под тачком 1. је дат неодређено, то јест траже се „контролни панели“ за „гасове квалитета 5.0 или боље“;

- с једне стране квалитет опреме за гасове производно и ценовно се дели до 5.0 и до 6.0 – овај начин дефинисања квалитета доводи у дилему који квалитет опреме треба понудити;

- с друге стране ЕЦД детектори су веома осетљиви и користе се за одређивање концентрације електронегативних хемијских врста до нивоа ppb (parts per billion) и као make up гас користи се гас чија је спецификација квалитета виша од 5.0 са изузетно ниским садржајем нечистоћа (у прилогу достављамо спецификације квалитета као Messer-а, тако и других произвођача).

2. На истој страни под тачкама 1,2 и 3 захтева се набавка, испорука и уградња што подразумева да се у понуди Понуђача тако и одреде цене, међутим под тачком 6 исте табеле захтева се монтажа, а што доводи до забуне како одредити цене за уградњу или монтажу јер сматрамо да се ради о истој-једној обавези Понуђача.

3. Иста дилема у наведеним захтевима ове табеле односи се на захтев за испоруку и транспорт што би подразумевало одвојене цене по истим, међутим сматрамо да се ради о једном захтеву.

4. У истој табели на истој страни под тачком 8 захтева се извештај о изведеном стању гасне инсталације од стране „овлашћене фирме“ – дилема је која би то била „овлашћена фирма“, односно које доказе је потребно доставити? Молимо Вас за појашњење да ли под тим подразумевате израду пројекта изведеног објекта (ПИО), што би значило да Понуђач поседује одговарајуће лиценце за пројектовање.

5. На страни 6 Конкурсне документације, у делу Обавезних услова тражи се „важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке“ да ли сте под тим подразумевали да Понуђач поседује важеће лиценце за пројектовање и извођење?



Завод за јавно здравље Лесковац

16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

E-mail: info@zzjzle.org.rs

Тел.: 016/245-219; 241-042; Факс: 016/244-910

6. На страни 15 Конкурсне документације по тачком 16 наводи се да се под једнаком понудом подразумевају све понуде чије се цене не разликују за више од 3%, а што сматрамо није у складу са важећим прописима.

Молимо да нам писмени одговор доставите мејлом у што краћем року да би могли припремити одговарајућу понуду.

Комисија за јавну набавку радова – Гасна инсталација и монтажа система за снабдевање специјалних гасова ради коришћења апарата – гасног хроматографа са ЕЦД (детектор са захватом електрона) и НПД (азотно-фосфорни детектор) детекторима ЈНМВ 13/17 за потребе Завода за јавно здравље Лесковац, образована Решењем бр. 104 од 11.01.2017 године., у року од три дана, од дана пријема захтева, даје следећи **ОДГОВОР**:

1. - Ценовно и производно квалитет опреме за гасове квалитета 5.0
 - Квалитет гасова за наведени инструмент према прединсталационих условима произвођача и према спецификацији апарата потребан је квалитет гасова 5.0
2. Под тачком 6. уградња (монтажа) важи само за потрошну опрему гасне инсталације а ради коришћења инструмената (прикључци, фитинзи, електроде, заптивачи, носачи, шrafoви, остало...)
 - Монтажа за ставке 1,2,3 је већ садржана у речи уградња.
3. Транспортни трошкови се односе на целокупну испоруку и уградњу наведене опреме као засебна ставка.
4. Извештај о изведеном стању гасне инсталације од стране фирме-предузећа која је регистрована за ту врсту делатности (инсталирање гасне инсталације).
 - Није потребна лиценца за пројектовање од стране понуђача.
5. Само у случају **ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима у супротном се дозвола недоставља.**
Не односи се на лиценцу за пројектовање и извођење.
6. На страни 15. Конкурсне документације дошло је до техничке грешке приликом куцања тако да Једнаким понудама, у смислу става 1. овог члана, у погледу цене, сматрају се понуде у којима разлика у цени није већа од 5%.

Одговори су објављени на сајту Завода за јавно здравље Лесковац www.zzjzle.org.rs и Порталу јавних набавки.

Председник Комисије
мр Живојин Цакић дипл.инж.хем.технол.