



Завод за јавно здравље Лесковац

16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

E-mail: info@zzjzle.org.rs

Тел.: 016/245-219; 241-042; Факс: 016/244-910

Број: 2107/11
Датум: 02.06.2017.

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са захтевом заинтересованог лица, број 2107 од 02.06.2017 год.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а у вези са захтевом заинтересованог лица за додатно објашњење конкурсне документације за јавну набавку мале вредности бр. 2/17 Лабораторијско посуђе и прибор, број 2107 од 02.06.2017 године, (у даљем тексту: захтев) наручилац даје следећи одговор:

Заинтересовано лице поднело је захтев следеће садржине:

Молимо Вас за додатна појашњења у вези доле наведених ставки:

ПИТАЊА ЗА ЈН 2/17

1. ДОДАТНИ УСЛОВИ: на страни 12 ставка 6 –финансијски капацитет – наводите да као доказ треба доставити Образац 14 из документације где се овај услов спомиње. Али на страни 14 као доказ за финансијске услове наводите да треба доставити биланс успеха и потврду НБС о ликвидности. Молим одговор да ли треба достављати поменуте доказе или само потписану изјаву –образац 14? Уколико је потребно доставити доказе, на страни 12 спомињете године 2014,2015 и 2016 као и у обрасцу 14, а на страни 14 -године 2013,2014,2015, па вас молим за одговор за које године треба доставити доказе, ако треба.

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ: на страни 12 ставка 7 наводите да као доказ треба доставити Образац 14 из документације где се овај услов спомиње. Али на страни 14 као доказ за испоручена добра да треба доставити Уговоре за 2014,2015,2016. Молим одговор да ли треба достављати поменуте доказе или само потписану изјаву –образац 14? Уколико је потребно доставити доказе, да ли је довољно доставити по 1 Уговор за сваку поменути годину.

3. ПАРТИЈА 1 – ставка 16 – да ли се може понудити цаса од 600 мл?

4. ПАРТИЈА 1 – ставка 22 – да ли се може понудити левак фи 125 мм?

5. ПАРТИЈА 1 – ставка 25 – није стандардна димензија левак, да ли се може понудити левак фи 100 мм??

6. ПАРТИЈА 1 – ставка 28 – да ли се може понудити левак прецника фи 65 мм?

7. ПАРТИЈА 1 – ставка 39 – ако сте мислили на левак – то је НУЧ – молим одговор да ли треба понудити НУЧ или ГУЧ?

8. ПАРТИЈА 1 – ставка 40 – да ли се може понудити испираница од 100 мл, обуиром да 125 мл није стандардна уапремена?

9. ПАРТИЈА 1 – ставка 41 – да ли милсите на вакуум ексикатор фи 300 мл са славином?

10. ПАРТИЈА 1 – ставка 48 – да ли се може понудити боца од 120 мл?

11. ПАРТИЈА 1 – ставка 49 – да ли се може понудити боца од 60 мл?



Завод за јавно здравље Лесковац

16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

E-mail: info@zzjzle.org.rs

Тел.: 016/245-219; 241-042; Факс: 016/244-910

12. ПАРТИЈА 1 – ставка 57 – убицајено исказивање по запремени - да ли се може понудити епрувета за центрифугу неградуисана конусна 10 мл ?
13. ПАРТИЈА 1 – ставка 58 – убицајено исказивање по запремени - да ли се може понудити епрувета за центрифугу неградуисана конусна 12 мл ?
14. ПАРТИЈА 1 – ставка 62 да ли је прихватљиво понудити епрувете 25ц250 мм?
15. ПАРТИЈА 2 – ставка 11 – да ли се може понудити са слифом 19/26?
16. ПАРТИЈА 2 – ставка 12 – да ли се може понудити са слифом 24/29?
17. ПАРТИЈА 2 – ставке 22 и 23 – да ли се може понудити Б класа?
18. ПАРТИЈА 2 – ставка 33– њинклер боце су ознаке 100-150 мл, сходно томе, нема тацне запремине 125 мл. Молим одговор може ли се понудити наведена бовца 100-150 мл?

Комисија за јавну набавку добара – Лабораторијско посуђе и прибор ЈНМВ 2/17 за потребе Завода за јавно здравље Лесковац, образована Решењем бр. 2018 од 29.05.2017 године., у року од три дана, од дана пријема захтева, даје следећи **ОДГОВОР**:

1. Потребно је доставити само попуњен и оверен Образац 14. Изјава
2. Потребно је доставити само попуњен и оверен Образац 14. Изјава

Партија 1

- Ставка 16 – Да
- Ставка 22 – Да
- Ставка 25 – Да
- Ставка 28 – Да
- Ставка 39 – Гуч
- Ставка 40 – Да
- Ставка 41 – Да
- Ставка 48 – Да
- Ставка 49 – Да
- Ставка 57 – Може неградуисана конусна од 10 мл
- Ставка 58 – Само од 14 мл
- Ставка 62 – Не потребно је понудити 25 x 300

Партија 2

- Ставка 11 – Не искључиво 29/32
- Ставка 12 – Не искључиво 29/32
- Ставка 22 и 23 – Дозвољено отступање 0,01 мл
- Ставка 33 - ДА

Одговори су објављени на сајту Завода за јавно здравље Лесковац www.zzjzle.org.rs и Порталу јавних набавки.

Заменик председника Комисије
Маријана Богдановић