



Завод за јавно здравље Лесковац

16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

E-mail: info@zzjzle.org.rs

Тел.: 016/245-219; 241-042; Факс: 016/244-910

Број: 1042/11
Датум: 14.03.2017.

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са захтевом заинтересованог лица, број 1042 од 14.03.2017 год.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а у вези са захтевом заинтересованог лица за додатно објашњење конкурсне документације за јавну набавку мале вредности бр. 1/17, број 1042 од 14.03.2017 године, (у даљем тексту: захтев) наручилац даје следећи одговор:

Заинтересовано лице поднело је захтев следеће садржине:

Молимо Вас да нам доставите појашњења везана за предметну јавну набавку:

1. На страни 7/60 и 8/60 конкурсне документације, у делу 3. „Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара“, партија 2 – „Хемикалије п.а.“ под редним бројевима 1. и 24 сте тражили „Di-etil atar 40-60°C р.а. чистоћа min. 99,5%“. Молимо Вас да нам одговорите да ли је дошло до грешке у куцању па је наведена тачка кључања 40-60°C, јер Di-etil (CAS 60-29-7) кључа 34-35°C. Ова хемикалија, истих захтеваних карактеристика се тражи два пута, на позицији 1. и 24., па вас молимо да нам одговорите да ли је дошло до грешке, односно да ли сте као једну од позиција планирали петрол етар чија једна од фракција кључа на 40-60°C.

Комисија за јавну набавку добара – Хемикалије ЈНМВ 1/17 за потребе Завода за јавно здравље Лесковац, образована Решењем бр. 965 од 08.03.2017 године., у року од три дана, од дана пријема захтева, даје следећи **ОДГОВОР**:

Приликом попуњавања ЈНМВ 1/17 Хемикалије на годишњем нивоу дошло је до техничке грешке и наведен је температурни опсег 40-60°C који се брише. Остаје чистоћа п.а хемикалије : Ди-етил етар п.а. чистоћа мин. 99,5%“, а важи за поције 1 и 24.

Одговори су објављени на сајту Завода за јавно здравље Лесковац www.zzjzle.org.rs и Порталу јавних набавки.

Председник Комисије
Мр Живојин Цакић