



## Завод за јавно здравље Лесковац

16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

E-mail: [info@zzjzle.org.rs](mailto:info@zzjzle.org.rs)

Тел.: 016/245-219; 241-042; Факс: 016/244-910

Број: 3335  
Датум: 15. 10. 2015.

**Предмет: Достава одговора Комисије за ЈНМВ 15/15 бр. 3329 од 15.10.2015 год.**

У прилогу Вам достављамо одговоре Комисије за јавну набавку добара – Лабораторијска опрема ЈНМВ 15/15 за потребе Завода за јавно здравље Лесковац, на питања потенцијалног понуђача примљена 15.10.2015 год.

Одговори су објављени на сајту Завода за јавно здравље Лесковац [www.zzjzle.org.rs](http://www.zzjzle.org.rs) и Порталу јавних набавки.

С поштовањем,

ДИРЕКТОР  
Прим. др Ивана Митић





## Завод за јавно здравље Лесковац

16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

E-mail: [info@zzjzle.org.rs](mailto:info@zzjzle.org.rs)

Тел.: 016/245-219; 241-042; Факс: 016/244-910

### Комисија за јавну набавку добара – Лабораторијска опрема ЈНМВ 15/15 за потребе Завода за јавно здравље Лесковац, образована Решењем бр. 3287 од 13.10.2015 године.

**Предмет:** Додатне информације и појашњења у вези са захтевом заинтересованог лица, број 3329 од 15.10.2015 год.

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) а у вези са захтевом заинтересованог лица за додатно објашњење конкурсне документације за јавну набавку бр. 15/15, број 3329 од 15.10.2015 године, (у даљем тексту: захтев) наручилац даје следећи одговор:

Заинтересовано лице поднело је захтев следеће садржине:

Поштовани,

Како Ваша спецификација за апарат за дестилацију није потпуно јасна, молим Вас да нам одговорите да ли сте мислили на апарат за дестилацију или на апарат за ултрачисту воду, пошто су то 2 потпуно различита система.

С тога Вас молим да нам дате параметре за воду коју апарат треба да производи, у смислу проводљивости воде као и параметре улазне воде. Обзиром да сте у спецификацији за апарат ставили реверзибилну осмозу, онда сигурно не мислите на апарат за дестилацију пошто апарат који има реверзибилну осмозу има пумпу и мембрану а дестилатор то нема.

Такође, битно нам је да нам кажете на ком одељењу ће апарат бити коришћењем јер није исти захтев за воду за апарат који ће се користити на одељењу за микробиологију или на одељењу хемије–токсикологије.

Наручилац у року од три дана, од дана пријема захтева, даје следећи **ОДГОВОР:**

У складу са Вашим захтевом за појашњење спецификације апарата за дестилацију, обавештавамо Вас следеће:

Лабораторије ЗЗЈЗ Лесковац исказале су потребу за набавку апарата за дестилацију, и у спецификацији нагласиле да се ради о апарату за производњу аналитичке воде квалитета 1 у складу са захтевима стандарда СРПС ИСО 3696. Детаљни захтеви за квалитет и употребу добијене излазне воде дати су у поменутом стандарду (стр. 3 стандарда “без растворених или колоидних јонских или органских примеса и подесна за најоштрије аналитичке захтеве укључујући и оне за хроматографске течности високе перформансе” и стр. 4, табела 1 у оквиру захтева стоји захтев за електропроводљивост у mS/m на 25оC највише 0,01 на свеже припремљену воду, Апсорбанција на 254 nm највише 0,001, садржај силицијум-диоксида у mg/l највише 0,01).

Председник Комисије  
Маријана Богдановић