



Завод за јавно здравље Лесковац

16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

E-mail: info@zzjzle.org.rs

Тел.: 016/245-219; 241-042; Факс: 016/244-910

Број: 3365
Датум: 16.10.2015?

Предмет: Достава одговора Комисије за ЈНМВ 15/15 бр. 3337 од 15.10.2015 год.

У прилогу Вам достављамо одговоре Комисије за јавну набавку добара – Лабораторијска опрема ЈНМВ 15/15 за потребе Завода за јавно здравље Лесковац, на питања потенцијалног понуђача примљена 15.10.2015 год.

Одговори су објављени на сајту Завода за јавно здравље Лесковац www.zzjzle.org.rs и Порталу јавних набавки.

С поштовањем,

ДИРЕКТОР
Прим. др Ивана Митић





Завод за јавно здравље Лесковац

16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

E-mail: info@zzjzle.org.rs

Тел.: 016/245-219; 241-042; Факс: 016/244-910

Комисија за јавну набавку добара – Лабораторијска опрема ЈНМВ 15/15 за потребе Завода за јавно здравље Лесковац, образована Решењем бр. 3287 од 13.10.2015 године.

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са захтевом заинтересованог лица, број 3337 од 15.10.2015 год.

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) а у вези са захтевом заинтересованог лица за додатно објашњење конкурсне документације за јавну набавку мале вредности добара Лабораторијска опрема број 15/15, број 3337 од 15.10.2015 године, (у даљем тексту: захтев) наручилац даје следећи одговор:

Заинтересовано лице поднело је захтев следеће садржине:

Поштовани,

Везано за јавну набавку мале вредности 15/2015 молимо Вас да нам дате појашњење за

Партију 4 – Апарат за узорковање ваздуха. Навели сте минимални период непрекидног рада 60 h.

Шта ће те користити од медија за узорковање ваздуха: филтер папир, испиранице, цевчице... Навести тачно врсту медија. Или се подразумева минимални период рада без икаквог горе напоменутог медија за узорковање.

Да ли је прихватљиво дозвољено одступање до 5% или искључиво до 3%.

Где се врши узорковање, да ли је потребно да апарат има неку од заштита: ИП65, ЕЕх заштиту за експлозивне средине

Наручилац у року од три дана, од дана пријема захтева, даје следећи **ОДГОВОР:**

Питање 1. Апарат за узорковање ваздуха ради по принципу усисавања атмосферског ваздуха и његов пролаз преко филтер -папира, па кроз испираницу у којој се налази апсорпциони раствор.

Није неопходно да има неку од заштита.

Што се тиче дозвољеног одступања, дозвољено одступање мора бити максимално 3%, јер потврђивање методе и одређивање несигурности мерења методе нам дозвољава парцијални допринос апарата од максимално 3% .

Минимални период рада је могућност да је апарат у режиму рада са медијумом минимално 60 сати, без додатних подешавања, да би узорковање могло да се врши и у дане викенда.

Председник Комисије
Маријана Богдановић

Страна: 2 од 2