



Завод за јавно здравље Лесковац

16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

E-mail: info@zzjzle.org.rs

Тел.: 016/245-219; 241-042; Факс: 016/244-910

Број: 1536
Датум: 15. 04. 2016.

Предмет: Достава одговора Комисије за ЈН 2а/16 бр. 1490 од 13.04.2016 год.

У прилогу Вам достављамо одговоре Комисије за јавну набавку добара – Лабораторијска опрема Партија 7 - Гасни хроматограф са сингл квадрополним масеним детектором и ФТД детектором ЈН 2а/16 за потребе Завода за јавно здравље Лесковац, на питања потенцијалног понуђача примљена 13.04.2016 год.

Одговори су објављени на сајту Завода за јавно здравље Лесковац www.zzjzle.org.rs и Порталу јавних набавки.

С поштовањем,

В.Д. ДИРЕКТОР
др Александра Николић





Завод за јавно здравље Лесковац

16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

E-mail: info@zzjzle.org.rs

Тел.: 016/245-219; 241-042; Факс: 016/244-910

Комисија за јавну набавку добара – Лабораторијска опрема Партија 7 - Гасни хроматограф са сингл квадрополним масеним детектором и ФТД детектором ЈН 2а/16 за потребе Завода за јавно здравље Лесковац, образована Решењем бр. 1322 од 04.04.2016 године.

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са захтевом заинтересованог лица, број 1490 од 13.04.2016 год.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а у вези са захтевом заинтересованог лица за додатно објашњење конкурсне документације за јавну набавку бр. 2а/16 , број 1334 од 04.04.2016 године, (у даљем тексту: захтев) наручилац даје следећи одговор:

Заинтересовано лице поднело је захтев следеће садржине:

Поштовани ,

Најљубазније Вас молимо да нам одговорите на следећа питања у циљу појашњења тендерске документације за јавну набавку бр. 2а/16:

1. На страни 5. тендерске документације у оквиру техничке спецификације, захтевана је брзина загревања пећнице у гасном хроматографу до $10^{\circ}\text{C}/\text{min}$, довољна је за раздвајање свих анализа, скраћивање трајања анализе и проналажења идеалног степена раздвајања, што захтев од $250^{\circ}\text{C}/\text{min}$, чини непотребним. Такође треба нагласити да се повећање температуре користи за проналажење оптималне радне температуре у што мањим корацима, како би се постигло добро раздвајање сигнала, што захтев од $250^{\circ}\text{C}/\text{min}$, непримањивим. Уколико имате потребе за брзином загревања од $250^{\circ}\text{C}/\text{min}$, молим Вас да наведете за који тип апликације.

У складу са горе наведеним, молим Вас да одговорите, да ли ће бити прихваћена понуда за инструмент који има брзину загревања од $120^{\circ}\text{C}/\text{min}$?

2. На страни број 6. тендерске документације захтеван је софтвер за контролу уређаја. Молимо Вас да одговорите да ли је потребно понудити легалан и званично лиценциран софтвер?

3. На страни 6. захтеван је софтвер који омогућује прикупљање података помоћу GC/FTD и комплетан систем, GC, FTD, MS, при чему ће комплетна анализа моћи да се врши једном методом која ће прикупљати и обрађивати податке прикупљене из комплетног система на једном?

4. На страни 5. тендерске документације у оквиру техничке спецификације, захтеван је однос сплиза 9000:1. Стандардне вредности односа спила-а износе највише 100:1. Уколико је потребна вредност односа сплита од 9000:1, молимо Вас да наведете апликацију у којој ће бити коришћен.

У складу са горе наведеним, молим Вас да одговорите да ли ће бити прихваћена понуда за инструмент са односом сплита 7500:1?



Завод за јавно здравље Лесковац

16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

E-mail: info@zzjzle.org.rs

Тел.: 016/245-219; 241-042; Факс: 016/244-910

Наручилац у року од три дана, од дана пријема захтева, даје следећи **ОДГОВОР**:

Питање 1. Наручилац остаје при захтевима из тендерске документације.

Питање 2. Да потребно је понудити оригинал или лиценциран софтвер.

Питање 3. Потребно је понудити софтвер или софтвере којим се може контролисати систем и вршити обрада свих добијених података и са МС детектора и са НПД детектора.

Уколико имате могућности да нам понудите 1 софтвер који ће испуњавати све услове понуда ће бити прихватљива.

Питање 4. Ради се о анализи органохлорних, органофосфорних пестицида у свежем или замрзнутом воћу и поврћу, производима од воћа и поврћа, чајевима, зачинама, житарицама, легуминозама

Питање 5. Наручилац остаје при захтеву из тендерске документације

Председник Комисије
Мр Живојин Цакит